

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМПЛАНТОВОДА В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИКУСА

■ Эли Равив,

доктор стоматологии, дип. ортопедической стоматологии

■ Мири Хаель-Равив

Одним из важнейших этапов в ортопедической стоматологии является определение прикуса

Точность определения прикуса определяет плотность прилегания конструкции. В соответствии с окончательными слепками делается межокклюзионный снимок для того, чтобы соединить верхнюю и нижнюю модели. При частичном отсутствии зубов по первому и второму классу по Кеннеди, отсутствует окклюзионная поддержка. В этих случаях для точного определения прикуса используют прикусные валики, которые изготавливают в зуботехнической лаборатории на рабочей модели. Это требует дополнительного посещения для примерки. При восстановлении одностороннего или двухстороннего краевого дефекта посредством имплантации с последующим несъемным протезированием,



Рисунок 1

для окклюзионной поддержки можно использовать имплантаты (рис. 1). Целью является использование наиболее точной техники, которая занимает минимум времени.

Данная статья представляет инструмент, альтернативный прикусному валику, который является более точным и менее затратным по времени.

Имплант-носитель или имплантовод может быть изменен или использован для облегчения процедуры определения прикуса (Рисунок 2,3). Затем диск используется для рассечения имплантовода. Часть имплантовода с шестигранником и клипсами (Clip and Hex connection AB Implant System) устанавливается в имплантат в полости рта. (Рисунок 4).

Компоненты, установленные в имплантат, должны быть ниже окклюзионного уровня для того, чтобы позволить материалу для определения прикуса заполнить пространство (рис. 5). Замешивается G.C resin и наносится на компоненты. В данном случае – два дистальных имплантата (A. B. Dental Devices) используются в качестве дистальной поддержки для определения прикуса (Рисунок 6).

G.C resin затем извлекают из полости рта и отправляют в зуботехническую лабораторию вместе с оттиском (Рисунок 7). Таким образом, на аналогии имплантатов будет установлена полимерная пластина, что сможет обеспечить правильное смыкание челюстей рабочих моделей (Рисунок 8). Выбираются абатменты и завершается окончательная реставрация.



Рисунок 2



Рисунок 3



Рисунок 4



Рисунок 5



Рисунок 6



Рисунок 7



Рисунок 8

По вопросам приобретения продукции компании AV Dental обращайтесь к дилеру в Вашем регионе:

- «Рокада Мед»,
г. Казань, ул. Петербургская 26, тел. (843) 570-68-86
эл.почта – mail@med1.rocadamed.ru
г. Москва, ул. Дорожная, д. 54, корп. 5
(495) 225-14-84, 225-14-85, 8-800-200-68-81
эл.почта – mail@med7.rocadamed.ru
сайт – www.rocadamed.ru
- ООО «Альфа Система», 394042 г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 47;
сайт – <http://eapteka.zdravgorod.ru>; эл.почта – osp1@zdravgorod.ru
тел. +7 (4732) 24-61-46; +7 (4732) 24-65-55; +7 (4732) 24-68-88
- ООО «Исра-Дент», 107553, г. Москва, Окружной проезд, д. 8, стр. 1;
эл.почта – isradent7@gmail.ru; тел. 8 (499) 963-50-92
- ООО «АБД Имплант Сервис», 426000, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 318
эл.почта – izhdent@mail.ru, тел. +7(3412)313-014
- Группа предприятий Кристалл-Стома, 400087, г. Волгоград, ул. Невская, д. 4а
сайт – www.kristal-stoma.ru, тел. +7 (8442) 33-93-25/35, факс: (8442)33-89-94
- МедСтомТорг, 185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга д. 11,
сайт – www.medstomtorg.ru, тел. +7 (8142) 57-58-80 57-74-34

ВЦ «ВертолЭкспо»

15-17 октября
Ростов-на-Дону



выставка
СТОМАТЭКС
СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ



ВЕРТОЛ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПО



**XIII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТОМАТОЛОГИИ – 2014»**

- Стоматологическое оборудование и инструменты
- Имплантология
- Стоматологические материалы
- Ортодонтическая продукция
- Средства гигиены полости рта
- Стоматологические услуги
- Стоматологическая мебель
- Медицинская одежда



ПР. М. НАГИБИНА, 30. ТЕЛ. (863) 268-77-68, WWW.VERTOLEXPO.RU